


Report-Quality Control Lab.



样品名称 JF20100601; 样品瓶 100; 采集日期 2010-6-10 16:33:26; 系统名 c2695; 采集软件版本 Empower 软件 Build 1154-C; 采集方法组 USP

样品名称 JF20100601

	样品名称	名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	% 面积
1	JF20100601	Cephalomannine	10.124	6382	0.05
2	JF20100601	10-De-7-epi-Paclitaxel	11.123	5303	0.04
3	JF20100601		11.233	2501	0.02
4	JF20100601	Paclitaxel	12.029	13027647	99.88
5	JF20100601	7-epi-Paclitaxel	20.221	1170	0.01

含量测定, 第一个样品第一针

Operator: 吴芳

Verified: 许科杰